

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-PE
Processo Administrativo Nº 010/2023-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 06/07/2023 12:42:19

Liufank 7

TOTAL DO PROCESSO: 80.463,08

TOTAL DA PROPOSTA

80.463,08

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 116	Total: 80.463,08
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INBRAMED / MASTER TOP 18KM / ERGO 13 HW	Modelo: INBRAMED / MASTER TOP 18KM / ERGO 13 HW

Descrição: SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO - EQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO, E ESTEIRA ERGOMÉTRICA; POSSUIR COMUNICAÇÃO DIGITAL SEM FIO ENTRE O MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG E A ESTAÇÃO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA BLUETOOTH OU SUPERIOR, COM ALCANÇA, SEM BARREIRAS FÍSICAS, ATÉ UMA DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 10 METROS, PERMITINDO MAIOR MOBILIDADE AO PACIENTE E EVITANDO INTERFERÊNCIA NO SINAL COM A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO SEM CONEXÃO FÍSICA ENTRE O PACIENTE E A ESTAÇÃO DE TRABALHO; POSSUIR COMUNICAÇÃO DIGITAL DIRETA ENTRE A ESTEIRA ERGOMÉTRICA E A ESTAÇÃO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA USB OU SUPERIOR; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE TESTE DE ESFORÇO E ECG DE REPOUSO; O MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PERMITIR A AQUISIÇÃO DIGITAL SIMULTÂNEA DE ECG DE ATÉ 13 DERIVAÇÕES, SENDO ESTAS: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, E CM5, ATRAVÉS DE CABO DE ECG DE 11 VIAS; PERMITIR A LEITURA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NA FAIXA DE NO MÍNIMO 30 A 240 BPM; POSSUIR CONVERSOR A/D IGUAL OU SUPERIOR A 16 BITS; POSSUIR TAXA DE AMOSTRAGEM IGUAL OU SUPERIOR A 600 HZ POR CANAL; POSSUIR TAXA DE REJEIÇÃO EM MODO COMUM IGUAL OU SUPERIOR A 100DB; POSSUIR FILTROS DIGITAIS CONTRA FLUTUAÇÃO E INTERFERÊNCIAS DO SINAL; POSSUIR SISTEMA COM AUTONOMIA DE ENERGIA MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 10 HORAS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE TECNOLOGIA SEM EFEITO MEMÓRIA E CARREGAMENTO ACOPLADO AO MÓDULO. A ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM TECLADO ABNT 2, MOUSE ÓPTICO E MONITOR LED DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS, NAS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFISSIONAL (64 BITS), COM LICENÇA SEM VENCIMENTO; POSSUIR SOFTWARE PARA TESTE DE ESFORÇO E ECG DE REPOUSO, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO, E AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; PERMITIR A INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE; POSSUIR OS SEGUINTE PROTOCOLOS MÍNIMOS DE EXAME: RAMPA, NAUGHTON, BRUCE, BRUCE MODIFICADO, E ELLESTAD, TODOS COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA; PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO TOTAL DO PROTOCOLO DE RAMPA; PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO DE NOVOS PROTOCOLOS DE EXAME; APRESENTAR EM TELA O SINAL DE ECG E A FREQUÊNCIA CARDÍACA ADQUIRIDOS; APRESENTAR EM TELA ATÉ 13 TRAÇADOS SIMULTÂNEOS DAS DERIVAÇÕES ADQUIRIDAS; PERMITIR O AJU

Quantidade: 1

Val. Ref.: 80.463,08

Valor Unit.: 80.463,08

Total Item: 80.463,08



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom right area of the page.



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-PE
Processo Administrativo Nº 010/2023-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 06/07/2023 12:42:19

Licitante 6

TOTAL DO PROCESSO: **180.000,00**


TOTAL DA PROPOSTA **180.000,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 138 **Total: 180.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MICROMED Modelo: CENTURION 300 + ERGOPC AIR + ACESS.

Descrição: SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO - EQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO, E ESTEIRA ERGOMÉTRICA; POSSUIR COMUNICAÇÃO DIGITAL SEM FIO ENTRE O MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG E A ESTAÇÃO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA BLUETOOTH OU SUPERIOR, COM ALCANCE, SEM BARREIRAS FÍSICAS, ATÉ UMA DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 10 METROS, PERMITINDO MAIOR MOBILIDADE AO PACIENTE E EVITANDO INTERFERÊNCIA NO SINAL COM A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO SEM CONEXÃO FÍSICA ENTRE O PACIENTE E A ESTAÇÃO DE TRABALHO; POSSUIR COMUNICAÇÃO DIGITAL DIRETA ENTRE A ESTEIRA ERGOMÉTRICA E A ESTAÇÃO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA USB OU SUPERIOR; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE TESTE DE ESFORÇO E ECG DE REPOUSO; O MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PERMITIR A AQUISIÇÃO DIGITAL SIMULTÂNEA DE ECG DE ATÉ 13 DERIVAÇÕES, SENDO ESTAS: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, E CM5, ATRAVÉS DE CABO DE ECG DE 11 VIAS; PERMITIR A LEITURA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NA FAIXA DE NO MÍNIMO 30 A 240 BPM; POSSUIR CONVERSOR A/D IGUAL OU SUPERIOR A 16 BITS; POSSUIR TAXA DE AMOSTRAGEM IGUAL OU SUPERIOR A 600 HZ POR CANAL; POSSUIR TAXA DE REJEIÇÃO EM MODO COMUM IGUAL OU SUPERIOR A 100DB; POSSUIR FILTROS DIGITAIS CONTRA FLUTUAÇÃO E INTERFERÊNCIAS DO SINAL; POSSUIR SISTEMA COM AUTONOMIA DE ENERGIA MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 10 HORAS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE TECNOLOGIA SEM EFEITO MEMÓRIA E CARREGAMENTO ACOPLADA AO MÓDULO. A ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM TECLADO ABNT 2, MOUSE ÓPTICO E MONITOR LED DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS, NAS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFISSIONAL (64 BITS), COM LICENÇA SEM VENCIMENTO; POSSUIR SOFTWARE PARA TESTE DE ESFORÇO E ECG DE REPOUSO, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO, E AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; PERMITIR A INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE; POSSUIR OS SEGUINTE PROTOCOLOS MÍNIMOS DE EXAME: RAMPA, NAUGHTON, BRUCE, BRUCE MODIFICADO, E ELLESTAD, TODOS COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA; PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO TOTAL DO PROTOCOLO DE RAMPA; PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO DE NOVOS PROTOCOLOS DE EXAME; APRESENTAR EM TELA O SINAL DE ECG E A FREQUÊNCIA CARDÍACA ADQUIRIDOS; APRESENTAR EM TELA ATÉ 13 TRAÇADOS SIMULTÂNEOS DAS DERIVAÇÕES ADQUIRIDAS; PERMITIR O AJU

Quantidade: 1 Val. Ref.: 80.463,08 **Valor Unit.: 180.000,00** Total Item: 180.000,00



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

Two blue ink scribbles or signatures located at the bottom right of the page.



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-PE
Processo Administrativo Nº 010/2023-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 06/07/2023 12:42:19

Licitante 5

TOTAL DO PROCESSO: 39.801,81

TOTAL DA PROPOSTA

39.801,81

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 147 **Total: 3.535,04**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ZILMOVEIS Modelo: ZILMOVEIS

Descrição: ESCADA DE CANTO PARA FISIOTERAPIA MATERIAL: MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO; POSSUI ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LONGITUDINAL; AJUSTE DAS BARRAS EM 2 NÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL; PISO ANTIDERRAPANTE NA RAMPA COM REVESTIMENTO DE RAVENA PRETA; LIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS; PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 140 KG; PESO: 61,74 KG; ALTURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 90 CM; ALTURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 139 CM; PODE SER MONTADA NO FORMATO DE CANTO (OU "L") OU RETA; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "L" OU "CANTO": LARGURA: 1,29 M; COMPRIMENTO: 1,89 M; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "RETA" LARGURA: 74 CM; COMPRIMENTO: 2,44 M; DIMENSÕES DO DEGRAU SUPERIOR: 77,5X76,5X15 CM; ALTURA DOS DEGRAUS: 100MM.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.535,04 **Valor Unit.: 3.535,04** Total Item: 3.535,04

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 001 **Total: 25.910,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: W3 Modelo: W3

Descrição: ESTANTE PRATILEIRA DE AÇO COM 5 BANDEJAS, NA COR CINZA, INDUSTRIAL REFORÇADA, SUPORTA 540KG, COM AS SEGUNTES MEDIDAS 198X92X60 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)

Quantidade: 35 Val. Ref.: 740,30 **Valor Unit.: 740,30** Total Item: 25.910,50

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 034 **Total: 5.829,67**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NITROSPRAY Modelo: NITROSPRAY

Descrição: CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO 350ML - NITROSPRAY (SEM CARGA); APARELHO CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO PARA CRIOCIRURGIA, DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE, ABASTECIDO COM NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, À TEMPERATURA DE -196°C. LEVE, PRÁTICO, PRECISO E ERGONÔMICO; FABRICADO EM MATERIAIS ISOLANTES NOBRES E AÇO INOXIDÁVEL; DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E DERMATOLOGISTAS ESPECIALIZADOS NA ÁREA; GARANTIA DE 3 ANOS. ITENS INCLUSOS: 01 CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO NITROSPRAY 350ML, 01 ESTOJO COMPOSTO POR: 06 PONTEIRAS ABERTAS (SPRAY) 02 PONTEIRAS FECHADAS (CONTATO) 01 PONTEIRA ADAPTADORA DE AGULHAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA. REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 1 Val. Ref.: 5.829,67 **Valor Unit.: 5.829,67** Total Item: 5.829,67

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 007 **Total: 3.613,34**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRO-FONO Modelo: PRO-FONO

Descrição: CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO PRO-FONO - CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA A APLICAÇÃO DE ESTÍMULOS ELÉTRICOS DE BAIXA FREQUÊNCIA (5 A 90HZ) EM REGIÕES DO CORPO. SENDO UTILIZADA EM TERAPIAS NA ÁREA DA SAÚDE COMO RECURSO DE ELETROTERRAPIA, MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA (TENS - TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION), COM FINALIDADE DE ATUAR NO METABOLISMO NEUROMUSCULAR, ALCANÇANDO EFEITOS DE ANALGESIA E DE RELAXAMENTO MUSCULARES. FUNCIONA COM UMA PILHA AAA DE 1,2 A 1,5V



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.806,67 Valor Unit.: 1.806,67 Total Item: 3.613,34

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 086 **Total: 913,26**


Item: 1 Unidade: UN Marca: PRO-FONO Modelo: PRO-FONO

Descrição: CONJUNTO COMPLETO CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO – COMPOSTO POR 1 (UMA) UNIDADE DA CANETA PROPRIOCEPTIVA E 1 (UMA) UNIDADE DE CADA UMA DAS SETE PONTEIRAS PROPRIOCEPTIVAS ENCAIXÁVEIS (CÔNCAVA OROFACIAL, PLANA FACIAL E CERVICAL, PONTOS ARTICULATÓRIOS, INTRAORAL, DORES LOCALIZADAS, ESTIMULAÇÃO FRIA, E ESPÁTULA PLÁSTICA PRÓ-FONO); CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UMA FERRAMENTA VIBRATÓRIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA O RELAXAMENTO, A TONIFICAÇÃO OU A PROPRIOCEPÇÃO DA REGIÃO FACIAL, INTRA E EXTRA-ORAL. SUA VIBRAÇÃO SUAVE FORNECE UMA ESTIMULAÇÃO SENSORIAL TÁTIL DIRECIONADA, DENTRO E FORA DA CAVIDADE ORAL. A CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO LEVE, DE PLÁSTICO EMBORRACHADO, QUE GARANTE UMA ADERÊNCIA ANTIDERRAPANTE, UTILIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PILHA AAA (1,2 A 1,5 VOLTS)

Quantidade: 2 Val. Ref.: 456,63 Valor Unit.: 456,63 Total Item: 913,26



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-PE
Processo Administrativo Nº 010/2023-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 06/07/2023 12:42:19

Licitante 4

TOTAL DO PROCESSO: **265.730,06**

TOTAL DA PROPOSTA

265.730,06

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 068 **Total: 120.694,62**


Item: 1 Unidade: UN Marca: teb Modelo: teb

Descrição: SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO - EQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO, E ESTEIRA ERGOMÉTRICA; POSSUIR COMUNICAÇÃO DIGITAL SEM FIO ENTRE O MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG E A ESTAÇÃO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA BLUETOOTH OU SUPERIOR, COM ALCANCE, SEM BARREIRAS FÍSICAS, ATÉ UMA DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 10 METROS, PERMITINDO MAIOR MOBILIDADE AO PACIENTE E EVITANDO INTERFERÊNCIA NO SINAL COM A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO SEM CONEXÃO FÍSICA ENTRE O PACIENTE E A ESTAÇÃO DE TRABALHO; POSSUIR COMUNICAÇÃO DIGITAL DIRETA ENTRE A ESTEIRA ERGOMÉTRICA E A ESTAÇÃO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA USB OU SUPERIOR; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE TESTE DE ESFORÇO E ECG DE REPOUSO; O MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PERMITIR A AQUISIÇÃO DIGITAL SIMULTÂNEA DE ECG DE ATÉ 13 DERIVAÇÕES, SENDO ESTAS: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, E CM5, ATRAVÉS DE CABO DE ECG DE 11 VIAS; PERMITIR A LEITURA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NA FAIXA DE NO MÍNIMO 30 A 240 BPM; POSSUIR CONVERSOR A/D IGUAL OU SUPERIOR A 16 BITS; POSSUIR TAXA DE AMOSTRAGEM IGUAL OU SUPERIOR A 600 HZ POR CANAL; POSSUIR TAXA DE REJEIÇÃO EM MODO COMUM IGUAL OU SUPERIOR A 100DB; POSSUIR FILTROS DIGITAIS CONTRA FLUTUAÇÃO E INTERFERÊNCIAS DO SINAL; POSSUIR SISTEMA COM AUTONOMIA DE ENERGIA MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 10 HORAS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE TECNOLOGIA SEM EFEITO MEMÓRIA E CARREGAMENTO ACOPLADA AO MÓDULO. A ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM TECLADO ABNT 2, MOUSE ÓPTICO E MONITOR LED DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS, NAS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFISSIONAL (64 BITS), COM LICENÇA SEM VENCIMENTO; POSSUIR SOFTWARE PARA TESTE DE ESFORÇO E ECG DE REPOUSO, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO, E AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; PERMITIR A INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE; POSSUIR OS SEGUINTE PROTOCOLOS MÍNIMOS DE EXAME: RAMPA, NAUGHTON, BRUCE, BRUCE MODIFICADO, E ELLESTAD, TODOS COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA; PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO TOTAL DO PROTOCOLO DE RAMPA; PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO DE NOVOS PROTOCOLOS DE EXAME; APRESENTAR EM TELA O SINAL DE ECG E A FREQUÊNCIA CARDÍACA ADQUIRIDOS; APRESENTAR EM TELA ATÉ 13 TRAÇADOS SIMULTÂNEOS DAS DERIVAÇÕES ADQUIRIDAS; PERMITIR O AJU

Quantidade: 1 Val. Ref.: 80.463,08 **Valor Unit.: 120.694,62** Total Item: 120.694,62

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 022 **Total: 8.236,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: arktus Modelo: arktus



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

Descrição: ESCADA DE CANTO PARA FISIOTERAPIA MATERIAL: MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO; POSSUI ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LONGITUDINAL; AJUSTE DAS BARRAS EM 2 NÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL; PISO ANTIDERRAPANTE NA RAMPA COM REVESTIMENTO DE RAVENA PRETA; LIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 140 KG; PESO: 61,74 KG; ALTURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 90 CM; ALTURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 139 CM; PODE SER MONTADA NO FORMATO DE CANTO (OU "L") OU RETA; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "L" OU "CANTO": LARGURA: 1,29 M; COMPRIMENTO: 1,89 M; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "RETA" LARGURA: 74 CM; COMPRIMENTO: 2,44 M; DIMENSÕES DO DEGRAU SUPERIOR: 77,5X76,5X15 CM; ALTURA DOS DEGRAUS: 100MM.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.535,04 Valor Unit.: 8.236,50 Total Item: 8.236,50

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 030 Total: 86.100,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: emecal Modelo: emecal

Descrição: ESTANTE PRATILEIRA DE AÇO COM 5 BANDEJAS, NA COR CINZA, INDUSTRIAL REFORÇADA, SUPORTA 540KG, COM AS SEGUNTES MEDIDAS 198X92X60 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)

Quantidade: 35 Val. Ref.: 740,30 Valor Unit.: 2.460,00 Total Item: 86.100,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 112 Total: 10.800,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: nitrospray Modelo: nitrospray

Descrição: CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO LIQUIDO 350ML - NITROSPRAY (SEM CARGA); APARELHO CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO PARA CRIOCIRURGIA, DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE, ABASTECIDO COM NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, À TEMPERATURA DE -196°C. LEVE, PRÁTICO, PRECISO E ERGONÔMICO; FABRICADO EM MATERIAIS ISOLANTES NOBRES E AÇO INOXIDÁVEL; DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E DERMATOLOGISTAS ESPECIALIZADOS NA ÁREA; GARANTIA DE 3 ANOS. ITENS INCLUSOS: 01 CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO NITROSPRAY 350ML, 01 ESTOJO COMPOSTO POR: 06 PONTEIRAS ABERTAS (SPRAY) 02 PONTEIRAS FECHADAS (CONTATO) 01 PONTEIRA ADAPTADORA DE AGULHAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA. REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 1 Val. Ref.: 5.829,67 Valor Unit.: 10.800,00 Total Item: 10.800,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 029 Total: 5.420,02

Item: 1 Unidade: UN Marca: profono Modelo: profono

Descrição: CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO PRO-FONO - CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA A APLICAÇÃO DE ESTÍMULOS ELÉTRICOS DE BAIXA FREQUÊNCIA (5 A 90HZ) EM REGIÕES DO CORPO. SENDO UTILIZADA EM TERAPIAS NA ÁREA DA SAÚDE COMO RECURSO DE ELETROTHERAPIA, MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA (TENS - TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION), COM FINALIDADE DE ATUAR NO METABOLISMO NEUROMUSCULAR, ALCANÇANDO EFEITOS DE ANALGESIA E DE RELAXAMENTO MUSCULARES. FUNCIONA COM UMA PILHA AAA DE 1,2 A 1,5V

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.806,67 Valor Unit.: 2.710,01 Total Item: 5.420,02

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 003 Total: 2.025,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: profono Modelo: profono

Descrição: CONJUNTO COMPLETO CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO - COMPOSTO POR 1 (UMA) UNIDADE DA CANETA PROPRIOCEPTIVA E 1 (UMA) UNIDADE DE CADA UMA DAS SETE PONTEIRAS PROPRIOCEPTIVAS ENCAIXÁVEIS (CÔNCAVA OROFACIAL, PLANA FACIAL E CERVICAL, PONTOS ARTICULATÓRIOS, INTRAORAL, DORES LOCALIZADAS, ESTIMULAÇÃO FRIA, E ESPÁTULA PLÁSTICA PRÓ-FONO); CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UMA FERRAMENTA VIBRATÓRIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA O RELAXAMENTO, A TONIFICAÇÃO OU A PROPRIOCEPÇÃO DA REGIÃO FACIAL, INTRA E EXTRA-ORAL. SUA VIBRAÇÃO SUAVE FORNECE UMA ESTIMULAÇÃO SENSORIAL TÁTIL DIRECIONADA, DENTRO E FORA DA CAVIDADE ORAL. A CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO LEVE, DE PLÁSTICO EMBORRACHADO, QUE GARANTE UMA ADERÊNCIA ANTIDERRAPANTE, UTILIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PILHA AAA (1,2 A 1,5 VOLTS)

Quantidade: 2 Val. Ref.: 456,63 Valor Unit.: 1.012,50 Total Item: 2.025,00





**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 111 **Total: 32.453,92**

Item: 1 Unidade: UN Marca: mk life Modelo: mk life

Descrição: MOTOR ENDODÔNTICO RECIPROCANTE COM LOCALIZADOR APICAL: EMBALAGEM COM 1 MICROMOTOR COM CABO E CONECTOR (COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 M),?1 CONTRA ÂNGULO 6.1 REDUTOR, 2 CLIPS LABIAIS, CABO PARA CLIP LABIAL DE 1,7M, PEDAL COM CABO DE 1,7M, SUPORTE PARA PEÇA DE MÃO E MANUAL DO USUÁRIO. BIVOLT. EXTENSA BIBLIOTECA DE ARQUIVOS COM VALORES PRÉ-DEFINIDOS PARA TODOS OS PRINCIPAIS SISTEMAS ROTATIVOS NITI, INCLUINDO MTWO®, FLEXMASTER® E PROTAPER®. LIBERDADE DE ESCOLHA: CONTROLE DE COMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU DETERMINAÇÃO DE COMPRIMENTO SEPARADO. PROGRAMA PARA SALVAR ATÉ 15 AJUSTES INDIVIDUAIS DE TORQUE E VELOCIDADE. FUNÇÕES DE SEGURANÇA AUTOMÁTICAS: AUTO-STOP-REVERSE; PROGRAMA ESPECIAL ANA PARA ANATOMIAS DE CANAIS DIFÍCEIS. LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO. ROTATIVO CONTÍNUO. RECIPROCAÇÃO: CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA PARA RECIPROC E FUNÇÃO DE CONFORTO RECIPROC REVERSE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 209 X 89 X 93 MM. FREQUÊNCIA 47-63 HZ. FAIXA DE TOQUES 20-500 GCM (~ 0,2-5,0 NCM); /- 30 % /- 10 GCM NO MODO ROTATÓRIO. BATERIA NIMH, 2.000 MAH, 6 V.

Quantidade: 2 Va. Ref.: 10.817,97 **Valor Unit.: 16.226,96** Total Item: 32.453,92

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-PE
Processo Administrativo Nº 010/2023-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANÁ MAIA
Data de Publicação: 06/07/2023 12:42:19

Licitante 3

TOTAL DO PROCESSO: **3.535,04**

TOTAL DA PROPOSTA

3.535,04

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 120 **Total: 3.535,04**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ARKTUS Modelo: ARKTUS

Descrição: ESCADA DE CANTO PARA FISIOTERAPIA MATERIAL: MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO; POSSUI ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LONGITUDINAL; AJUSTE DAS BARRAS EM 2 NÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL; PISO ANTIDERRAPANTE NA RAMPA COM REVESTIMENTO DE RAVENA PRETA; LIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS; PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 140 KG; PESO: 61,74 KG; ALTURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 90 CM; ALTURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 139 CM; PODE SER MONTADA NO FORMATO DE CANTO (OU "L") OU RETA; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "L" OU "CANTO": LARGURA: 1,29 M; COMPRIMENTO: 1,89 M; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "RETA" LARGURA: 74 CM; COMPRIMENTO: 2,44 M; DIMENSÕES DO DEGRAU SUPERIOR: 77,5X76,5X15 CM; ALTURA DOS DEGRAUS: 100MM.

Quantidade: 1

Val. Ref.: 3.535,04

Valor Unit.: **3.535,04**

Total Item: 3.535,04



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-PE
Processo Administrativo Nº 010/2023-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 06/07/2023 12:42:19

Licitante 2

TOTAL DO PROCESSO: 148.877,06

TOTAL DA PROPOSTA

148.877,06

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 030 Total: 80.463,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: BIOLIGHT Modelo: BIOLIGHT

Descrição: SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO - EQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO, E ESTEIRA ERGOMÉTRICA; POSSUIR COMUNICAÇÃO DIGITAL SEM FIO ENTRE O MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG E A ESTAÇÃO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA BLUETOOTH OU SUPERIOR, COM ALCANCE, SEM BARREIRAS FÍSICAS, ATÉ UMA DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 10 METROS, PERMITINDO MAIOR MOBILIDADE AO PACIENTE E EVITANDO INTERFERÊNCIA NO SINAL COM A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO SEM CONEXÃO FÍSICA ENTRE O PACIENTE E A ESTAÇÃO DE TRABALHO; POSSUIR COMUNICAÇÃO DIGITAL DIRETA ENTRE A ESTEIRA ERGOMÉTRICA E A ESTAÇÃO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA USB OU SUPERIOR; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE TESTE DE ESFORÇO E ECG DE REPOUSO; O MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PERMITIR A AQUISIÇÃO DIGITAL SIMULTÂNEA DE ECG DE ATÉ 13 DERIVAÇÕES, SENDO ESTAS: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, E CM5, ATRAVÉS DE CABO DE ECG DE 11 VIAS; PERMITIR A LEITURA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NA FAIXA DE NO MÍNIMO 30 A 240 BPM; POSSUIR CONVERSOR A/D IGUAL OU SUPERIOR A 16 BITS; POSSUIR TAXA DE AMOSTRAGEM IGUAL OU SUPERIOR A 600 HZ POR CANAL; POSSUIR TAXA DE REJEIÇÃO EM MODO COMUM IGUAL OU SUPERIOR A 100DB; POSSUIR FILTROS DIGITAIS CONTRA FLUTUAÇÃO E INTERFERÊNCIAS DO SINAL; POSSUIR SISTEMA COM AUTONOMIA DE ENERGIA MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 10 HORAS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE TECNOLOGIA SEM EFEITO MEMÓRIA E CARREGAMENTO ACOPLADA AO MÓDULO. A ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM TECLADO ABNT 2, MOUSE ÓPTICO E MONITOR LED DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS, NAS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS), COM LICENÇA SEM VENCIMENTO; POSSUIR SOFTWARE PARA TESTE DE ESFORÇO E ECG DE REPOUSO, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO, E AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; PERMITIR A INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE; POSSUIR OS SEGUINTE PROTOCOLOS MÍNIMOS DE EXAME: RAMP, NAUGHTON, BRUCE, BRUCE MODIFICADO, E ELLESTAD, TODOS COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA; PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO TOTAL DO PROTOCOLO DE RAMP; PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO DE NOVOS PROTOCOLOS DE EXAME; APRESENTAR EM TELA O SINAL DE ECG E A FREQUÊNCIA CARDÍACA ADQUIRIDOS; APRESENTAR EM TELA ATÉ 13 TRAÇADOS SIMULTÂNEOS DAS DERIVAÇÕES ADQUIRIDAS; PERMITIR O AJU

Quantidade: 1 Val. Ref.: 80.463,08 Valor Unit.: 80.463,00 Total Item: 80.463,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 025 Total: 3.003,86

Item: 1 Unidade: UN Marca: CARCI Modelo: CARCI

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

Descrição: ESCADA DE CANTO PARA FISIOTERAPIA MATERIAL: MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO; POSSUI ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LONGITUDINAL; AJUSTE DAS BARRAS EM 2 NÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL; PISO ANTIDERRAPANTE NA RAMPA COM REVESTIMENTO DE RAVENA PRETA; LIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 140 KG; PESO: 61,74 KG; ALTURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 90 CM; ALTURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 139 CM; PODE SER MONTADA NO FORMATO DE CANTO (OU "L") OU RETA; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "L" OU "CANTO": LARGURA: 1,29 M; COMPRIMENTO: 1,89 M; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "RETA" LARGURA: 74 CM; COMPRIMENTO: 2,44 M; DIMENSÕES DO DEGRAU SUPERIOR: 77,5X76,5X15 CM; ALTURA DOS DEGRAUS: 100MM.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.535,04 **Valor Unit.: 3.003,86** Total Item: 3.003,86

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 086 **Total: 24.885,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RIVEL Modelo: RIVEL

Descrição: ESTANTE PRATILEIRA DE AÇO COM 5 BANDEJAS, NA COR CINZA, INDUSTRIAL REFORÇADA, SUPORTA 540KG, COM AS SEGUNTES MEDIDAS 198X92X60 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)

Quantidade: 35 Val. Ref.: 740,30 **Valor Unit.: 711,00** Total Item: 24.885,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 076 **Total: 8.982,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RHOSSE Modelo: RHOSSE

Descrição: CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO LIQUIDO 350ML - NITROSPRAY (SEM CARGA); APARELHO CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO PARA CRIOCIRURGIA, DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE, ABASTECIDO COM NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, À TEMPERATURA DE -196°C.LEVE, PRÁTICO, PRECISO E ERGONÔMICO; FABRICADO EM MATERIAIS ISOLANTES NOBRES E AÇO INOXIDÁVEL; DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E DERMATOLOGISTAS ESPECIALIZADOS NA ÁREA; GARANTIA DE 3 ANOS. ITENS INCLUSOS: 01 CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO NITROSPRAY 350ML, 01 ESTOJO COMPOSTO POR: 06 PONTEIRAS ABERTAS (SPRAY) 02 PONTEIRAS FECHADAS (CONTATO) 01 PONTEIRA ADAPTADORA DE AGULHAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA. REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 1 Val. Ref.: 5.829,67 **Valor Unit.: 8.982,00** Total Item: 8.982,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 081 **Total: 3.193,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRO-FONO Modelo: PRO-FONO

Descrição: CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO PRO-FONO - CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA A APLICAÇÃO DE ESTÍMULOS ELÉTRICOS DE BAIXA FREQUÊNCIA (5 A 90HZ) EM REGIÕES DO CORPO. SENDO UTILIZADA EM TERAPIAS NA ÁREA DA SAÚDE COMO RECURSO DE ELETROTERRAPIA, MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA (TENS - TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION), COM FINALIDADE DE ATUAR NO METABOLISMO NEUROMUSCULAR, ALCANÇANDO EFEITOS DE ANALGESIA E DE RELAXAMENTO MUSCULARES. FUNCIONA COM UMA PILHA AAA DE 1,2 A 1,5V

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.806,67 **Valor Unit.: 1.596,60** Total Item: 3.193,20

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 008 **Total: 1.350,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRO-FONO Modelo: PRO-FONO

Descrição: CONJUNTO COMPLETO CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO - COMPOSTO POR 1 (UMA) UNIDADE DA CANETA PROPRIOCEPTIVA E 1 (UMA) UNIDADE DE CADA UMA DAS SETE PONTEIRAS PROPRIOCEPTIVAS ENCAIXÁVEIS (CÔNCAVA OROFACIAL, PLANA FACIAL E CERVICAL, PONTOS ARTICULATÓRIOS, INTRAORAL, DORES LOCALIZADAS, ESTIMULAÇÃO FRIA, E ESPÁTULA PLÁSTICA PRÓ-FONO); CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UMA FERRAMENTA VIBRATÓRIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA O RELAXAMENTO, A TONIFICAÇÃO OU A PROPRIOCEPÇÃO DA REGIÃO FACIAL, INTRA E EXTRA-ORAL. SUA VIBRAÇÃO SUAVE FORNECE UMA ESTIMULAÇÃO SENSORIAL TÁTIL DIRECIONADA, DENTRO E FORA DA CAVIDADE ORAL. A CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO LEVE, DE PLÁSTICO EMBORRACHADO, QUE GARANTE UMA ADERÊNCIA ANTIDERRAPANTE, UTILIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PILHA AAA (1,2 A 1,5 VOLTS)

Quantidade: 2 Val. Ref.: 456,63 **Valor Unit.: 675,00** Total Item: 1.350,00



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 133 **Total: 27.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VDW GOLD RECIPROC Modelo: VDW GOLD RECIPROC

Descrição: MOTOR ENDODÔNTICO RECIPROCANTE COM LOCALIZADOR APICAL: EMBALAGEM COM 1 MICROMOTOR COM CABO E CONECTOR (COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 M), ?1 CONTRA ÂNGULO 6.1 REDUTOR, 2 CLIPS LABIAIS, CABO PARA CLIP LABIAL DE 1,7M, PEDAL COM CABO DE 1,7M, SUPORTE PARA PEÇA DE MÃO E MANUAL DO USUÁRIO. BIVOLT. EXTENSA BIBLIOTECA DE ARQUIVOS COM VALORES PRÉ-DEFINIDOS PARA TODOS OS PRINCIPAIS SISTEMAS ROTATIVOS NITI, INCLUINDO MTWO®, FLEXMASTER® E PROTAPER®. LIBERDADE DE ESCOLHA: CONTROLE DE COMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU DETERMINAÇÃO DE COMPRIMENTO SEPARADO. PROGRAMA PARA SALVAR ATÉ 15 AJUSTES INDIVIDUAIS DE TORQUE E VELOCIDADE. FUNÇÕES DE SEGURANÇA AUTOMÁTICAS: AUTO-STOP-REVERSE; PROGRAMA ESPECIAL ANA PARA ANATOMIAS DE CANAIS DIFÍCEIS. LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO. ROTATIVO CONTÍNUO. RECIPROCAÇÃO: CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA PARA RECIPROC E FUNÇÃO DE CONFORTO RECIPROC REVERSE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 209 X 89 X 93 MM. FREQUÊNCIA 47-63 HZ. FAIXA DE TOQUES 20-500 GCM (~ 0,2-5,0 NCM); +/- 30 % +/- 10 GCM NO MODO ROTATÓRIO. BATERIA NIMH, 2.000 MAH, 6 V.

Quantidade: 2 Va. Ref.: 10.817,97 **Valor Unit.: 13.500,00** Total Item: 27.000,00



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-PE
Processo Administrativo Nº 010/2023-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANÁ MAIA
Data de Publicação: 06/07/2023 12:42:19

Licitante 1

TOTAL DO PROCESSO: **141.900,83**

TOTAL DA PROPOSTA

141.900,83

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 127 **Total: 80.463,08**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CMOS-DRAKE Modelo:

Descrição: SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO - EQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO, E ESTEIRA ERGOMÉTRICA; POSSUIR COMUNICAÇÃO DIGITAL SEM FIO ENTRE O MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG E A ESTAÇÃO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA BLUETOOTH OU SUPERIOR, COM ALCANCE, SEM BARREIRAS FÍSICAS, ATÉ UMA DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 10 METROS, PERMITINDO MAIOR MOBILIDADE AO PACIENTE E EVITANDO INTERFERÊNCIA NO SINAL COM A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO SEM CONEXÃO FÍSICA ENTRE O PACIENTE E A ESTAÇÃO DE TRABALHO; POSSUIR COMUNICAÇÃO DIGITAL DIRETA ENTRE A ESTEIRA ERGOMÉTRICA E A ESTAÇÃO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA USB OU SUPERIOR; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE TESTE DE ESFORÇO E ECG DE REPOUSO; O MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PERMITIR A AQUISIÇÃO DIGITAL SIMULTÂNEA DE ECG DE ATÉ 13 DERIVAÇÕES, SENDO ESTAS: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1, V2,V3, V4, V5, V6, E CM5, ATRAVÉS DE CABO DE ECG DE 11 VIAS; PERMITIR A LEITURA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NA FAIXA DE NO MÍNIMO 30 A 240 BPM; POSSUIR CONVERSOR A/D IGUAL OU SUPERIOR A 16 BITS; POSSUIR TAXA DE AMOSTRAGEM IGUAL OU SUPERIOR A 600 HZ POR CANAL; POSSUIR TAXA DE REJEIÇÃO EM MODO COMUM IGUAL OU SUPERIOR A 100DB; POSSUIR FILTROS DIGITAIS CONTRA FLUTUAÇÃO E INTERFERÊNCIAS DO SINAL; POSSUIR SISTEMA COM AUTONOMIA DE ENERGIA MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 10 HORAS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE TECNOLOGIA SEM EFEITO MEMÓRIA E CARREGAMENTO ACOPLADA AO MÓDULO. A ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM TECLADO ABNT 2, MOUSE ÓPTICO E MONITOR LED DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS, NAS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFISSIONAL (64 BITS), COM LICENÇA SEM VENCIMENTO; POSSUIR SOFTWARE PARA TESTE DE ESFORÇO E ECG DE REPOUSO, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO, E AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; PERMITIR A INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE; POSSUIR OS SEGUINTE PROTOCOLOS MÍNIMOS DE EXAME: RAMPA, NAUGHTON, BRUCE, BRUCE MODIFICADO, E ELLESTAD, TODOS COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA; PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO TOTAL DO PROTOCOLO DE RAMPA; PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO DE NOVOS PROTOCOLOS DE EXAME; APRESENTAR EM TELA O SINAL DE ECG E A FREQUÊNCIA CARDÍACA ADQUIRIDOS; APRESENTAR EM TELA ATÉ 13 TRAÇADOS SIMULTÂNEOS DAS DERIVAÇÕES ADQUIRIDAS; PERMITIR O AJU

Quantidade: 1 Val. Ref.: 80.463,08 **Valor Unit.: 80.463,08** Total Item: 80.463,08

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 111 **Total: 3.535,04**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ARKTUS Modelo:



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

Descrição: ESCADA DE CANTO PARA FISIOTERAPIA MATERIAL: MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO; POSSUI ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LONGITUDINAL; AJUSTE DAS BARRAS EM 2 NÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL; PISO ANTIDERRAPANTE NA RAMPA COM REVESTIMENTO DE RAVENA PRETA; LIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS; PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 140 KG; PESO: 61,74 KG; ALTURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 90 CM; ALTURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 139 CM; PODE SER MONTADA NO FORMATO DE CANTO (OU "L") OU RETA; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "L" OU "CANTO": LARGURA: 1,29 M; COMPRIMENTO: 1,89 M; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "RETA" LARGURA: 74 CM; COMPRIMENTO: 2,44 M; DIMENSÕES DO DEGRAU SUPERIOR: 77,5X76,5X15 CM; ALTURA DOS DEGRAUS: 100MM.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.535,04 Valor Unit.: 3.535,04 Total Item: 3.535,04

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 063 **Total: 25.910,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MODELO MÓVEIS Modelo:

Descrição: ESTANTE PRATILEIRA DE AÇO COM 5 BANDEJAS, NA COR CINZA, INDUSTRIAL REFORÇADA, SUPORTA 540KG, COM AS SEGUNTES MEDIDAS 198X92X60 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)

Quantidade: 35 Val. Ref.: 740,30 Valor Unit.: 740,30 Total Item: 25.910,50

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 010 **Total: 5.829,67**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NITROSPRAY Modelo:

Descrição: CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO 350ML - NITROSPRAY (SEM CARGA); APARELHO CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO PARA CRIOCIRURGIA, DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE, ABASTECIDO COM NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, À TEMPERATURA DE -196°C. LEVE, PRÁTICO, PRECISO E ERGONÔMICO; FABRICADO EM MATERIAIS ISOLANTES NOBRES E AÇO INOXIDÁVEL; DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E DERMATOLOGISTAS ESPECIALIZADOS NA ÁREA; GARANTIA DE 3 ANOS. ITENS INCLUSOS: 01 CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO NITROSPRAY 350ML, 01 ESTOJO COMPOSTO POR: 06 PONTEIRAS ABERTAS (SPRAY) 02 PONTEIRAS FECHADAS (CONTATO) 01 PONTEIRA ADAPTADORA DE AGULHAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA. REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 1 Val. Ref.: 5.829,67 Valor Unit.: 5.829,67 Total Item: 5.829,67

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 140 **Total: 3.613,34**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRO-FONO Modelo:

Descrição: CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO PRO-FONO - CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA A APLICAÇÃO DE ESTÍMULOS ELÉTRICOS DE BAIXA FREQUÊNCIA (5 A 90HZ) EM REGIÕES DO CORPO. SENDO UTILIZADA EM TERAPIAS NA ÁREA DA SAÚDE COMO RECURSO DE ELETROTERRAPIA, MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA (TENS - TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION), COM FINALIDADE DE ATUAR NO METABOLISMO NEUROMUSCULAR, ALCANÇANDO EFEITOS DE ANALGESIA E DE RELAXAMENTO MUSCULARES. FUNCIONA COM UMA PILHA AAA DE 1,2 A 1,5V

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.806,67 Valor Unit.: 1.806,67 Total Item: 3.613,34

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 044 **Total: 913,26**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRO-FONO Modelo:

Descrição: CONJUNTO COMPLETO CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO - COMPOSTO POR 1 (UMA) UNIDADE DA CANETA PROPRIOCEPTIVA E 1 (UMA) UNIDADE DE CADA UMA DAS SETE PONTEIRAS PROPRIOCEPTIVAS ENCAIXÁVEIS (CÔNCAVA OROFACIAL, PLANA FACIAL E CERVICAL, PONTOS ARTICULATÓRIOS, INTRAORAL, DORES LOCALIZADAS, ESTIMULAÇÃO FRIA, E ESPÁTULA PLÁSTICA PRÓ-FONO); CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UMA FERRAMENTA VIBRATÓRIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA O RELAXAMENTO, A TONIFICAÇÃO OU A PROPRIOCEPÇÃO DA REGIÃO FACIAL, INTRA E EXTRA-ORAL. SUA VIBRAÇÃO SUAVE FORNECE UMA ESTIMULAÇÃO SENSORIAL TÁTIL DIRECIONADA, DENTRO E FORA DA CAVIDADE ORAL. A CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO LEVE, DE PLÁSTICO EMBORRACHADO, QUE GARANTE UMA ADERÊNCIA ANTIDERRAPANTE, UTILIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PILHA AAA (1,2 A 1,5 VOLTS)

Quantidade: 2 Val. Ref.: 456,63 Valor Unit.: 456,63 Total Item: 913,26



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE



LOTE 7 Quant.: 1 Num: 142 **Total: 21.635,94**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SCHUSTER Modelo:

Descrição: MOTOR ENDODÔNTICO RECIPROCANTE COM LOCALIZADOR APICAL: EMBALAGEM COM 1 MICROMOTOR COM CABO E CONECTOR (COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 M), ?1 CONTRA ÂNGULO 6.1 REDUTOR, 2 CLIPS LABIAIS, CABO PARA CLIP LABIAL DE 1,7M, PEDAL COM CABO DE 1,7M, SUPORTE PARA PEÇA DE MÃO E MANUAL DO USUÁRIO. BIVOLT. EXTENSA BIBLIOTECA DE ARQUIVOS COM VALORES PRÉ-DEFINIDOS PARA TODOS OS PRINCIPAIS SISTEMAS ROTATIVOS NITI, INCLUINDO MTWO®, FLEXMASTER® E PROTAPER®. LIBERDADE DE ESCOLHA: CONTROLE DE COMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU DETERMINAÇÃO DE COMPRIMENTO SEPARADO. PROGRAMA PARA SALVAR ATÉ 15 AJUSTES INDIVIDUAIS DE TORQUE E VELOCIDADE. FUNÇÕES DE SEGURANÇA AUTOMÁTICAS: AUTO-STOP-REVERSE; PROGRAMA ESPECIAL ANA PARA ANATOMIAS DE CANAIS DIFÍCEIS. LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO. ROTATIVO CONTÍNUO. RECIPROCAÇÃO: CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA PARA RECIPROC E FUNÇÃO DE CONFORTO RECIPROC REVERSE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 209 X 89 X 93 MM. FREQUÊNCIA 47-63 HZ. FAIXA DE TOQUES 20-500 GCM (~ 0,2-5,0 NCM); +/- 30 % +/- 10 GCM NO MODO ROTATÓRIO. BATERIA NIMH, 2.000 MAH, 6 V.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 10.817,97 **Valor Unit.: 10.817,97** Total Item: 21.635,94