

Fls 764  
CPSMAR

**PROPOSTA ADEQUADA**

Proposta 174919

**Cliente:** 95155-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO.REG DE ARACATI  
**Att:** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
**Referente:** AQ. DE EQUIPAMENTOS:PARA FISIO,ERGO,FONO,DERMA,OUTROS.  
**Endereço:** RUA ARMANDO PRAÇA, 805 - VÁRZEA DA MATRIZ  
CEP: 62800-000 - ARACATI/CE

**Pregão:** 010/2023-PE  
**Dt Abert:** 18/07/2023 **Hora:** 09:30  
**Tipo:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Data Doc:** 18/07/2023

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS FISIOTERAPIA, ERGONOMETRIA, FONOAUDIOLOGIA, DERMATOLOGIA E OUTROS PARA A POLICLÍNICA DR. HAMILTON SARAIVA BARBOSA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI-CE.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
4	CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO 350ML - NITROSPRAY (SEM CARGA); APARELHO CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO PARA CRIOCIRURGIA, DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE, ABASTECIDO COM NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, À TEMPERATURA DE -196°C.LEVE, PRÁTICO, PRECISO E ERGONÔMICO; FABRICADO EM MATERIAIS ISOLANTES NOBRES E AÇO INOXIDÁVEL; DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E DERMATOLOGISTAS ESPECIALIZADOS NA ÁREA; GARANTIA DE 3 ANOS. ITENS INCLUSOS: 01 CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO NITROSPRAY 350ML, 01 ESTOJO COMPOSTO POR: 06 PONTEIRAS ABERTAS (SPRAY) 02 PONTEIRAS FECHADAS (CONTATO) 01 PONTEIRA ADAPTADORA DE AGULHAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA. REGISTRO NA ANVISA Registro Anvisa: 80751510001	NITROSPRAY	1	UND	5.590,00000	5.590,00

**Total Global:**

**R\$ Global**

5.590,00

CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS

\*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.  
\*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.  
\*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).  
\*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 010/2023-PE e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.  
\*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

\*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2  
\*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

\*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

JOSE RUFINO DA  
SILVA  
NETO:4566916332  
0

Assinado de forma digital  
por JOSE RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320  
Dados: 2023.07.18 13:34:52  
-03'00'

**Validade da Proposta:** 60 DIAS  
**Prazo de Entrega:** 10 DIAS ÚTEIS  
**Condição de Pagamento** 30 DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA  
JOSE RUFINO DA SILVA NETO  
CPF: 456.691.633-20

AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010.2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA USO DA FISIOTERAPIA, ERGONOMETRIA, MAMOGRAFIA E FONOAUDILOGIA, DE INFORMÁTICA PARA A POLICLÍNICA DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOSA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE

Med-Donto Comércio de Produtos Hospitalares Ltda  
 CNPJ: 69.366.326/0001-33 CGF: 06.908.768-7  
 Rua: Torres Câmara, Nº 140 Aldeota - Cep - 60.150-060 - Fortaleza - Ceará  
 FONE/FAX: (085) 3133-0608  
 Banco do Brasil: 001 Agência: 3655-2 C/C: 213449-7

ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QNTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>LOTE ÚNICO</b>							
2		ESCALA DE CANTO PARA FISIOTERAPIA MATERIAL: MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO; POSSUI ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LONGITUDINAL; AJUSTE DAS BARRAS EM 2 NÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL; PISO ANTIDERRAPANTE NA RAMPA COM REVESTIMENTO DE RAVENA PRETA; LIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 140 KG; PESO: 61.74 KG; ALTURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 90 CM; ALTURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 139 CM; PODE SER MONTADA NO FORMATO DE CANTO (OU "L") OU RETA; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "L" OU "CANTO": LARGURA: 1,29 M; COMPRIMENTO: 1,89 M; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "RETA": LARGURA: 74 CM; COMPRIMENTO: 2,4 M; DIMENSÕES DO DEGRAU SUPERIOR: 77,5X76,5X15 CM; ALTURA DOS DEGRAUS: 100MM.	UNIDADE	1	CARCI	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
3		ESTANTE PRATILHEIRA DE AÇO COM 5 BANDEJAS, NA COR CINZA, INDUSTRIAL REFORÇADA, SUPORTA 540KG, COM AS SEGUINTES MEDIDAS 198X92X60 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)	UNIDADE	35	RIVEL	R\$ 622,85	R\$ 21.799,75
5		CANETA DE ELESTROESTIMULAÇÃO PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA A APLICAÇÃO DE ESTÍMULOS ELÉTRICOS DE BAIXA FREQUÊNCIA (5 A 90HZ) EM REGIÕES DO CORPO. SENDO UTILIZADA EM TERAPIAS NA ÁREA DA SAÚDE COMO RECURSO DE ELEOTERAPIA, MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA (TENS - TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION), COM FINALIDADE DE ATUAR NO METABOLISMO NEUROMUSCULAR, ALCANÇANDO EFEITOS DE ANALGESIA E DE RELAXAMENTO MUSCULARES. FUNCIONA COM UMA PILHA AAA DE 1.2 A 1.5V	UNIDADE	2	PRO-FONO	R\$ 1.330,50	R\$ 2.661,00
6		CONJUNTO COMPLETO CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO - COMPOSTO POR 1 (UMA) UNIDADE DA CANETA PROPRIOCEPTIVA E 1 (UMA) UNIDADE DE CADA UMA SETE PONTEIRAS PROPRIOCEPTIVAS ENCAIXÁVEIS (CÔNCAVA OROFACIAL, PLANA FACIAL E CERVICAL, PONTOS ARTICULATÓRIOS, INTRAORAL, DORES LOCALIZADAS, ESTIMULAÇÃO FRIA, E ESPÁTULA PLÁSTICA PRÓ-FONO); CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UMA FERRAMENTA VIBRATÓRIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA O RELAXAMENTO, A TONIFICAÇÃO OU A PROPRIOCEPÇÃO DA REGIÃO FACIAL, INTRA E EXTRA-ORAL. SUA VIBRAÇÃO SUAVE FORNECE UMA ESTIMULAÇÃO SENSORIAL TÁTIL DIRECIONADA, DENTRO E FORA DA CAVIDADE ORAL. A CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO LEVE, DE PLÁSTICO EMBORRACHADO, QUE GARANTE UMA ADERÊNCIA ANTIDERRAPANTE, UTILIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PILHA AAA (1,2 A 1,5 VOLTS)	UNIDADE	2	PRO-FONO	R\$ 456,60	R\$ 913,20
7		MOTOR ENDODONTÍCNICO RECIPROCANTE COM LOCALIZADOR APICAL: EMBALAGEM COM 1 MICROMOTOR COM CABO E CONECTOR (COMPRIMENTO DO CABO: 1.8 M); 1 CONTRA ÂNGULO 6.1 REDUTOR, 2 CLIPS LABIAIS, CABO PARA CLIP LABIAL DE 1,7M, PEDAL COM CABO DE 1,7M, SUPORTE PARA PEÇA DE MÃO E MANUAL DO USUÁRIO, BIVOLT, EXTENSA BIBLIOTECA DE ARQUIVOS COM VALORES PRÉ-DEFINIDOS PARA TODOS OS PRINCIPAIS SISTEMAS ROTATIVOS NITI, INCLUINDO MTWO®, FLEXMASTER® E PROTAPER®, LIBERDADE DE ESCOLHA; CONTROLE DE COMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU DETERMINAÇÃO DE COMPRIMENTO SEPARADO. PROGRAMA PARA SALVAR ATÉ 15 AJUSTES INDIVIDUAIS DE TORQUE E VELOCIDADE. FUNÇÕES DE SEGURANÇA AUTOMÁTICAS: AUTO-STOP-REVERSE; PROGRAMA ESPECIAL ANA PARA ANATOMIAS DE CANAIS DIFÍCEIS; LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO. ROTATIVO CONTÍNUO. RECIPROCAÇÃO: CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA PARA RECIPROC E FUNÇÃO DE CONFORTO RECIPROC REVERSE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 209 X 89 X 93 MM. FREQUÊNCIA 47-63 HZ. FAIXA DE TOQUES 20-500 GCM ( 0,2-5,0 NCM); /- 30 % /- 10 GCM NO MODO ROTATÓRIO. BATERIA NIMH, 2.000 MAH, 6V.	UNIDADE	2	VDW GOLD RECIPROC	R\$ 10.800,00	R\$ 21.600,00
<b>VALOR TOTAL:</b>						R\$	49.573,95

quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e cinco centavos

**VALOR GLOBAL:**  
 quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos


VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS  
 Prazo de Entrega: CONFORME EDITAL

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a prestação do serviço, inclusive a margem de lucro.  
 O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Fortaleza - CE 25 DE JULHO DE 2023

Assinado de forma digital por  
 MED DONTO COMERCIO DE  
 PRODUTOS HOSPITALARES  
 LTDA:69366326000133  
 Dados: 2023.07.25 11:49:44  
 -03'00'





# LOTES

# FRACASSADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA FISIOTERAPIA, ERGONOMETRIA, FONOAUDIOLOGIA, DERMATOLOGIA E OUTROS PARA A POLICLÍNICA DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOSA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE.

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-PE

Processo Administrativo Nº 010/2023-PE

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA

Data de Publicação: 06/07/2023 12:42:19

LOTE 1	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
--------	------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 1	Val.Ref.: 80.463,08
---------	-------------	---------------	---------------------

Descrição: SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO - EQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO, E ESTEIRA ERGOMÉTRICA; POSSUIR COMUNICAÇÃO DIGITAL SEM FIO ENTRE O MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG E A ESTAÇÃO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA BLUETOOTH OU SUPERIOR, COM ALCANCE, SEM BARREIRAS FÍSICAS, ATÉ UMA DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 10 METROS, PERMITINDO MAIOR MOBILIDADE AO PACIENTE E EVITANDO INTERFERÊNCIA NO SINAL COM A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO SEM CONEXÃO FÍSICA ENTRE O PACIENTE E A ESTAÇÃO DE TRABALHO; POSSUIR COMUNICAÇÃO DIGITAL DIRETA ENTRE A ESTEIRA ERGOMÉTRICA E A ESTAÇÃO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA USB OU SUPERIOR; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE TESTE DE ESFORÇO E ECG DE REPOUSO; O MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PERMITIR A AQUISIÇÃO DIGITAL SIMULTÂNEA DE ECG DE ATÉ 13 DERIVAÇÕES, SENDO ESTAS: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, E CM5, ATRAVÉS DE CABO DE ECG DE 11 VIAS; PERMITIR A LEITURA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NA FAIXA DE NO MÍNIMO 30 A 240 BPM; POSSUIR CONVERSOR A/D IGUAL OU SUPERIOR A 16 BITS; POSSUIR TAXA DE AMOSTRAGEM IGUAL OU SUPERIOR A 600 HZ POR CANAL; POSSUIR TAXA DE REJEIÇÃO EM MODO COMUM IGUAL OU SUPERIOR A 100DB; POSSUIR FILTROS DIGITAIS CONTRA FLUTUAÇÃO E INTERFERÊNCIAS DO SINAL; POSSUIR SISTEMA COM AUTONOMIA DE ENERGIA MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 10 HORAS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE TECNOLOGIA SEM EFEITO MEMÓRIA E CARREGAMENTO ACOPLADA AO MÓDULO. A ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM TECLADO ABNT 2, MOUSE ÓPTICO E MONITOR LED DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS, NAS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFISSIONAL (64 BITS), COM LICENÇA SEM VENCIMENTO; POSSUIR SOFTWARE PARA TESTE DE ESFORÇO E ECG DE REPOUSO, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO, E AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; PERMITIR A INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE; POSSUIR OS SEGUINTE PROTOCOLOS MÍNIMOS DE EXAME: RAMPA, NAUGHTON, BRUCE, BRUCE MODIFICADO, E FULLESTAD, TODOS COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA; PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO TOTAL DO PROTOCOLO DE RAMPA; PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO DE NOVOS PROTOCOLOS DE EXAME; APRESENTAR EM TELA O SINAL DE ECG E A FREQUÊNCIA CARDÍACA ADQUIRIDOS; APRESENTAR EM TELA ATÉ 13 TRAÇADOS SIMULTÂNEOS DAS DERIVAÇÕES ADQUIRIDAS; PERMITIR O AJU