



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-PE
Processo Administrativo Nº 011/2023-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 29/08/2023 12:10:38

			TOTAL DO PROCESSO: 93.000,00
			93.000,00
TOTAL DA PROPOSTA			Total: 93.000,00

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 122	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TEB	Modelo: APEX1000/APEX200

Descrição: SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO EQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO E ESTEIRA ERGOMÉTRICA. SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO EM ESTEIRA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFIA. ESTRUTURA DA ESTEIRA FABRICADA EM AÇO INOX OU LIGA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI. LONA CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR SOFTWARE PARA MONITORIZAÇÃO E ANÁLISE DOS EXAMES; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM 13 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; PERMITIR O CONTROLE DA ESTEIRA, VELOCIDADE E ELEVAÇÃO, PELO COMPUTADOR; POSSUIR, NO MÍNIMO, FILTRO: MUSCULAR E LINHA DE BASE; CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL (A/D): MÍNIMO 12 BITS; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE CHOQUE (DEFIBRILAÇÃO/CARDIOVERSÃO); RESOLUÇÃO IGUAL OU MELHOR QUE 2,6 µV/BIT. SISTEMA DEVE COMPANHAR: COMPUTADOR COM, NO MÍNIMO: MOUSE, TECLADO, 2 PORTAS USB, PROCESSADOR I5, RAM DE 8GB, PLACA MÃE COM SOM, VÍDEO E REDE ONBOARD, HD DE 1T, WINDOWS 10 OU SUPERIOR OU SOFTWARE COM VERSÃO ATUALIZADA, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO E CABOS/CONEXÕES. ESTEIRA ERGOMÉTRICA CONECTADA AO SISTEMA COM: VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO: 0 A 16 KM/H; INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO: 0 A 26%; POSSUIR MECANISMO DE PARADA DE EMERGÊNCIA; CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO MÍNIMA DE 200KG; POSSUIR, AO MENOS, APOIOS LATERAIS; DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL: NO MÍNIMO 43 X 140CM. MONITOR COLORIDO DE NO MÍNIMO: 24" COM RESOLUÇÃO XGA (1024X768); IMPRESSORA JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA ENBUTIDO, CARREGADA E PRONTA PARA USO. RACK PARA SUSTENTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA COM RODÍZIOS (2 COM FREIOS), ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE. NOBREAK SENOIDAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM TEMPO MÍNIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS (ENTRADA 220V- 60 HZ OU BIVOLT). TODOS OS COMPONENTES DEVEM SER COMPATÍVEIS ENTRE SI; DEVE ACOMPANHAR OS CABOS PARA ECG, ESFIGMOMANÔMETRO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. EXIGÊNCIAS: INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO. APRESENTAÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS/OPERACIONAIS E DE SERVIÇO QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 24 MESES, POSSUIR CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60601-1 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM. EMPRESA DEVERÁ FORNECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA JUNTAMENTE COM SEUS CERTIFICADOS E APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Quantidade: 1	Val. Ref.: 93.000,00	Valor Unit.: 93.000,00	Total Item: 93.000,00
---------------	----------------------	------------------------	-----------------------

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE



A blue ink handwritten signature, possibly a triangle or a stylized letter.

A blue ink handwritten signature, possibly a stylized letter.

A blue ink handwritten signature, possibly a stylized letter.

A blue ink handwritten signature, possibly a stylized letter.

A blue ink handwritten signature, possibly a stylized letter.

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-PE

Processo Administrativo Nº 011/2023-PE

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA

Data de Publicação: 29/08/2023 12:10:38

TOTAL DO PROCESSO: **144.480,00**

144.480,00

TOTAL DA PROPOSTA

Total: 34.880,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 048 **Total: 34.880,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ICELERA Modelo: ICELERA

Descrição: ELETROENCEFALOGRAMA EEG DIGITAL COMPUTADORIZADO – EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DOTADO DE ELETRODOS CAPAZ DE REGISTRAR EM MEIO COMPUTADORIZADO OS BIOPOTENCIAIS EMITIDOS PELO CÉREBRO, AO LONGO DE ATIVIDADES ORIENTADAS/SUPERVISIONADAS PELO PROFISSIONAL MÉDICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (UNIDADE DE AQUISIÇÃO) COM INTERFACE USB 2.0, COM SOFTWARE DE MAPEAMENTO CEREBRAL COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COM FUNÇÕES DE ANÁLISE E RELATÓRIO, DOTADO DE FOTOESTIMULADOR E AUDIOESTIMULADOR - NÚMERO MÍNIMO DE CANAIS: 20 CANAIS; INTERFACE DE LEITURA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE DE FORMA NÃO-INVASIVA E INTEGRADA AO SISTEMA; ACESSÓRIOS: TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO COM OS ELETRODOS E USO COMPLETO DA CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO; 01 TOCA ADULTO COM ELETRODOS; 01 TOCA INFANTIL/PEDIÁTRICA COM ELETRODOS; FORNECIMENTO DE CD/DVD COM O SOFTWARE E TODAS AS LICENÇAS DE USO, BEM COMO FORNECIMENTO DAS SENHAS/CHAVES DE SOFTWARE NECESSÁRIAS PARA OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, BACKUP, E DEMAIS OPERAÇÕES TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA OU INFORMÁTICA DO COMPRADOR. NORMALIZAÇÃO: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-26 DOCUMENTOS A APRESENTAR: REGISTRO NA ANVISA/MS TREINAMENTO DE USUÁRIOS E TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE TODAS AS PEÇAS, INCLUINDO CALIBRAÇÃO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 27.421,56 **Valor Unit.: 34.880,00** Total Item: 34.880,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 017 **Total: 109.600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: APEX 1200 Modelo: APEX 1200



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

Descrição: SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO EQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO E ESTEIRA ERGOMÉTRICA. SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO EM ESTEIRA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFIA. ESTRUTURA DA ESTEIRA FABRICADA EM AÇO INOX OU LIGA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI. LONA CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR SOFTWARE PARA MONITORIZAÇÃO E ANÁLISE DOS EXAMES; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM 13 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; PERMITIR O CONTROLE DA ESTEIRA, VELOCIDADE E ELEVAÇÃO, PELO COMPUTADOR; POSSUIR, NO MÍNIMO, FILTRO: MUSCULAR E LINHA DE BASE; CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL (A/D): MÍNIMO 12 BITS; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE CHOQUE (DESFIBRILAÇÃO/CARDIOVERSÃO); RESOLUÇÃO IGUAL OU MELHOR QUE 2,6 µV/BIT. SISTEMA DEVE COMPANHAR: COMPUTADOR COM, NO MÍNIMO: MOUSE, TECLADO, 2 PORTAS USB, PROCESSADOR I5, RAM DE 8GB, PLACA MÃE COM SOM, VÍDEO E REDE ONBOARD, HD DE 1T, WINDOWS 10 OU SUPERIOR OU SOFTWARE COM VERSÃO ATUALIZADA, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO E CABOS/CONEXÕES. ESTEIRA ERGOMÉTRICA CONECTADA AO SISTEMA COM: VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO: 0 A 16 KM/H; INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO: 0 A 26%; POSSUIR MECANISMO DE PARADA DE EMERGÊNCIA; CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO MÍNIMA DE 200KG; POSSUIR, AO MENOS, APOIOS LATERAIS; DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL: NO MÍNIMO 43 X 140CM. MONITOR COLORIDO DE NO MÍNIMO: 24" COM RESOLUÇÃO XGA (1024X768); IMPRESSORA JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA ENBUTIDO, CARREGADA E PRONTA PARA USO. RACK PARA SUSTENTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA COM RODÍZIOS (2 COM FREIOS), ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE. NOBREAK SENOIDAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM TEMPO MÍNIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS (ENTRADA 220V- 60 HZ OU BIVOLT). TODOS OS COMPONENTES DEVEM SER COMPATÍVEIS ENTRE SI; DEVE ACOMPANHAR OS CABOS PARA ECG, ESFIGMOMANÔMETRO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. EXIGÊNCIAS: INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO. APRESENTAÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS/OPERACIONAIS E DE SERVIÇO QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 24 MESES, POSSUIR CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60601-1 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM. EMPRESA DEVERÁ FORNECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA JUNTAMENTE COM SEUS CERTIFICADOS E APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Quantidade: 1	Val. Ref.: 93.000,00	Valor Unit.: 109.600,00	Total Item: 109.600,00
---------------	----------------------	-------------------------	------------------------



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-PE
Processo Administrativo Nº 011/2023-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 29/08/2023 12:10:38

TOTAL DO PROCESSO: **160.900,00**

TOTAL DA PROPOSTA

160.900,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 143 **Total: 31.900,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEDITRON Modelo: VERTEX SC 823

Descrição: ELETROENCEFALOGRAMA EEG DIGITAL COMPUTADORIZADO – EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DOTADO DE ELETRODOS CAPAZ DE REGISTRAR EM MEIO COMPUTADORIZADO OS BIOPOTENCIAIS EMITIDOS PELO CÉREBRO, AO LONGO DE ATIVIDADES ORIENTADAS/SUPERVISIONADAS PELO PROFISSIONAL MÉDICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (UNIDADE DE AQUISIÇÃO) COM INTERFACE USB 2.0, COM SOFTWARE DE MAPEAMENTO CEREBRAL COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COM FUNÇÕES DE ANÁLISE E RELATÓRIO, DOTADO DE FOTOESTIMULADOR E AUDIOESTIMULADOR - NÚMERO MÍNIMO DE CANAIS: 20 CANAIS; INTERFACE DE LEITURA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE DE FORMA NÃO-INVASIVA E INTEGRADA AO SISTEMA; ACESSÓRIOS: TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO COM OS ELETRODOS E USO COMPLETO DA CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO; 01 TOCA ADULTO COM ELETRODOS; 01 TOCA INFANTIL/PEDIÁTRICA COM ELETRODOS; FORNECIMENTO DE CD/DVD COM O SOFTWARE E TODAS AS LICENÇAS DE USO, BEM COMO FORNECIMENTO DAS SENHAS/CHAVES DE SOFTWARE NECESSÁRIAS PARA OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, BACKUP, E DEMAIS OPERAÇÕES TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA OU INFORMÁTICA DO COMPRADOR. NORMALIZAÇÃO: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-26 DOCUMENTOS A APRESENTAR: REGISTRO NA ANVISA/MS TREINAMENTO DE USUÁRIOS E TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE TODAS AS PEÇAS, INCLUINDO CALIBRAÇÃO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 27.421,56 **Valor Unit.: 31.900,00** Total Item: 31.900,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 148 **Total: 129.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TEB Modelo: APEX 1200



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

Descrição: SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO EQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO E ESTEIRA ERGOMÉTRICA. SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO EM ESTEIRA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFIA. ESTRUTURA DA ESTEIRA FABRICADA EM AÇO INOX OU LIGA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI. LONA CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR SOFTWARE PARA MONITORIZAÇÃO E ANÁLISE DOS EXAMES; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM 13 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; PERMITIR O CONTROLE DA ESTEIRA, VELOCIDADE E ELEVAÇÃO, PELO COMPUTADOR; POSSUIR, NO MÍNIMO, FILTRO: MUSCULAR E LINHA DE BASE; CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL (A/D): MÍNIMO 12 BITS; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE CHOQUE (DEFIBRILAÇÃO/CARDIOVERSÃO); RESOLUÇÃO IGUAL OU MELHOR QUE 2,6 µV/BIT. SISTEMA DEVE COMPANHAR: COMPUTADOR COM, NO MÍNIMO: MOUSE, TECLADO, 2 PORTAS USB, PROCESSADOR I5, RAM DE 8GB, PLACA MÃE COM SOM, VÍDEO E REDE ONBOARD, HD DE 1T, WINDOWS 10 OU SUPERIOR OU SOFTWARE COM VERSÃO ATUALIZADA, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO E CABOS/CONEXÕES. ESTEIRA ERGOMÉTRICA CONECTADA AO SISTEMA COM: VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO: 0 A 16 KM/H; INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO: 0 A 26%; POSSUIR MECANISMO DE PARADA DE EMERGÊNCIA; CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO MÍNIMA DE 200KG; POSSUIR, AO MENOS, APOIOS LATERAIS; DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL: NO MÍNIMO 43 X 140CM. MONITOR COLORIDO DE NO MÍNIMO: 24" COM RESOLUÇÃO XGA (1024X768); IMPRESSORA JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA ENBUTIDO, CARREGADA E PRONTA PARA USO. RACK PARA SUSTENTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA COM RODÍZIOS (2 COM FREIOS), ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE. NOBREAK SENOIDAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM TEMPO MÍNIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS (ENTRADA 220V- 60 HZ OU BIVOLT). TODOS OS COMPONENTES DEVEM SER COMPATÍVEIS ENTRE SI; DEVE ACOMPANHAR OS CABOS PARA ECG, ESFIGMOMANÔMETRO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. EXIGÊNCIAS: INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO. APRESENTAÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS/OPERACIONAIS E DE SERVIÇO QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 24 MESES, POSSUIR CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60601-1 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM. EMPRESA DEVERÁ FORNECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA JUNTAMENTE COM SEUS CERTIFICADOS E APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Quantidade: 1

Val. Ref.: 93.000,00

Valor Unit.: 129.000,00

Total Item: 129.000,00



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-PE
Processo Administrativo Nº 011/2023-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 29/08/2023 12:10:38

TOTAL DO PROCESSO: 92.990,00

TOTAL DA PROPOSTA

92.990,00

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 084	Total: 92.990,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INBRAMED	Modelo: MASTER TOP ERGO 13 + ACESSÓRIOS

Descrição: SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO EQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO E ESTEIRA ERGOMÉTRICA. SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO EM ESTEIRA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFIA. ESTRUTURA DA ESTEIRA FABRICADA EM AÇO INOX OU LIGA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI. LONA CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR SOFTWARE PARA MONITORIZAÇÃO E ANÁLISE DOS EXAMES; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM 13 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; PERMITIR O CONTROLE DA ESTEIRA, VELOCIDADE E ELEVAÇÃO, PELO COMPUTADOR; POSSUIR, NO MÍNIMO, FILTRO: MUSCULAR E LINHA DE BASE; CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL (A/D): MÍNIMO 12 BITS; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE CHOQUE (DEFIBRILAÇÃO/CARDIOVERSÃO); RESOLUÇÃO IGUAL OU MELHOR QUE 2,6 µV/BIT. SISTEMA DEVE COMPANHAR: COMPUTADOR COM, NO MÍNIMO: MOUSE, TECLADO, 2 PORTAS USB, PROCESSADOR I5, RAM DE 8GB, PLACA MÃE COM SOM, VÍDEO E REDE ONBOARD, HD DE 1T, WINDOWS 10 OU SUPERIOR OU SOFTWARE COM VERSÃO ATUALIZADA, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO E CABOS/CONEXÕES. ESTEIRA ERGOMÉTRICA CONECTADA AO SISTEMA COM: VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO: 0 A 16 KM/H; INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO: 0 A 26%; POSSUIR MECANISMO DE PARADA DE EMERGÊNCIA; CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO MÍNIMA DE 200KG; POSSUIR, AO MENOS, APOIOS LATERAIS; DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL: NO MÍNIMO 43 X 140CM. MONITOR COLORIDO DE NO MÍNIMO: 24" COM RESOLUÇÃO XGA (1024X768); IMPRESSORA JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA ENBUTIDO, ARREGADA E PRONTA PARA USO. RACK PARA SUSTENTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA COM RODÍZIOS (2 COM FREIOS), ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE. NOBREAK SENOIDAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM TEMPO MÍNIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS (ENTRADA 220V- 60 HZ OU BIVOLT). TODOS OS COMPONENTES DEVEM SER COMPATÍVEIS ENTRE SI; DEVE ACOMPANHAR OS CABOS PARA ECG, ESFIGMOMANÔMETRO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. EXIGÊNCIAS: INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO. APRESENTAÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS/OPERACIONAIS E DE SERVIÇO QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 24 MESES, POSSUIR CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60601-1 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM. EMPRESA DEVERÁ FORNECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA JUNTAMENTE COM SEUS CERTIFICADOS E APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Quantidade: 1 Val. Ref.: 93.000,00 Valor Unit.: 92.990,00 Total Item: 92.990,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE



A cluster of handwritten signatures in blue ink, located in the bottom right area of the page. There are approximately five distinct signatures.

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-PE

Processo Administrativo Nº 011/2023-PE

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA

Data de Publicação: 29/08/2023 12:10:38

TOTAL DO PROCESSO: **93.000,00**

TOTAL DA PROPOSTA

93.000,00

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 124	Total: 93.000,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INBRAMED / MASTER TOP 16KM / HW ERGO 13	Modelo: INBRAMED / MASTER TOP 16KM / HW ERGO 13

Descrição: SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO EQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO E ESTEIRA ERGOMÉTRICA. SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO EM ESTEIRA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFIA. ESTRUTURA DA ESTEIRA FABRICADA EM AÇO INOX OU LIGA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI. LONA CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR SOFTWARE PARA MONITORIZAÇÃO E ANÁLISE DOS EXAMES; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM 13 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; PERMITIR O CONTROLE DA ESTEIRA, VELOCIDADE E ELEVAÇÃO, PELO COMPUTADOR; POSSUIR, NO MÍNIMO, FILTRO: MUSCULAR E LINHA DE BASE; CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL (A/D): MÍNIMO 12 BITS; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE CHOQUE (DEFIBRILAÇÃO/CARDIOVERSÃO); RESOLUÇÃO IGUAL OU MELHOR QUE 2,6 μ V/BIT. SISTEMA DEVE COMPANHAR: COMPUTADOR COM, NO MÍNIMO: MOUSE, TECLADO, 2 PORTAS USB, PROCESSADOR I5, RAM DE 8GB, PLACA MÃE COM SOM, VÍDEO E REDE ONBOARD, HD DE 1T, WINDOWS 10 OU SUPERIOR OU SOFTWARE COM VERSÃO ATUALIZADA, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO E CABOS/CONEXÕES. ESTEIRA ERGOMÉTRICA CONECTADA AO SISTEMA COM: VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO: 0 A 16 KM/H; INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO: 0 A 26%; POSSUIR MECANISMO DE PARADA DE EMERGÊNCIA; CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO MÍNIMA DE 200KG; POSSUIR, AO MENOS, APOIOS LATERAIS; DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL: NO MÍNIMO 43 X 140CM. MONITOR COLORIDO DE NO MÍNIMO: 24" COM RESOLUÇÃO XGA (1024X768); IMPRESSORA JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA ENBUTIDO, ARREGADA E PRONTA PARA USO. RACK PARA SUSTENTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA COM RODÍZIOS (2 COM FREIOS), ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE. NOBREAK SENOIDAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM TEMPO MÍNIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS (ENTRADA 220V- 60 HZ OU BIVOLT). TODOS OS COMPONENTES DEVEM SER COMPATÍVEIS ENTRE SI; DEVE ACOMPANHAR OS CABOS PARA ECG, ESFIGMOMANÔMETRO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. EXIGÊNCIAS: INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO. APRESENTAÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS/OPERACIONAIS E DE SERVIÇO QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 24 MESES, POSSUIR CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60601-1 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM. EMPRESA DEVERÁ FORNECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA JUNTAMENTE COM SEUS CERTIFICADOS E APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Quantidade: 1

Val. Ref.: 93.000,00

Valor Unit.: 93.000,00

Total Item: 93.000,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE



Four handwritten signatures in blue ink, arranged in a cluster at the bottom right of the page. They appear to be initials or names written in a cursive style.