

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE  
ARACATI-CE

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022-PE  
Processo Administrativo Nº 01/2022-PE  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA  
Data de Publicação: 22/07/2022 11:18:41

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 22/08/2022 16:02:58  
RAIO X

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Konica Minolta	Modelo: AltusDR 14X17"
<p>Descrição: APARELHO DE RAIOS X DIGITAL FIXO GERADOR MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUÊNCIA, POTÊNCIA DE PELO MENOS 50 OU 54 KW, ISTO É CAPACIDADE DE EXPOSIÇÃO DE 100KV COM 500MA POR 0,1SEG CONFORME IEC, TENSÃO VARIÁVEL DE PELO MENOS 40 A 150 KV, COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO RADIOGRÁFICA (AEC). CORRENTE VARIÁVEL DE PELO MENOS 600 MA. TEMPO MÍNIMO DE EXPOSIÇÃO: 0,005 OU 2MS A 5S, COM MAS VARIÁVEL NA FAIXA DE 5 MAS A 630 MAS OU MAIOR ALIMENTAÇÃO 380 VOLTS TRIFÁSICO 60 HZ TUBO DE RAIOS-X COM FOCO FINO DE 0,6 MM, FOCO GROSSO DE 1.2 MM. POTENCIA DO TUBO EM FOCO FINO 25KW OU MAIOR / FOCO GROSSO DE 50 KW OU MAIOR APROXIMADAMENTE CAPACIDADE TERMICA DO ANODO IGUAL OU MAIOR A 150KHU, ANODO DE ALTA ROTAÇÃO, MINIMO 9000RPM COM INTERRUPTOR DE SEGURANÇA TERMICA INSERÇÃO DE FILTROS ADICIONAIS DE CU OU AL. ESTATIVA PORTA EMISSOR, COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE NO MINIMO 250 CM OU ESTATIVA PENDULAR COM ANGULAÇÃO DE 150 GRAUS, DESLOCAMENTO TRANSVERSAL 20 CM, (DESLOCAMENTO EXIGIDO APENAS PARA OFERTA DE ESTATIVA PENDULAR), ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS. + 90 GRAUS DIAFRAGMA LUMINOSO COM COLIMAÇÃO MANUAL OUT AUTOMATICA SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS. MESA BUCKY COM TAMPO FLUTUANTE MONTADA NO CHÃO COM ACESSO LIVRE AO PACIENTE POR TODOS OS LADOS, (CASO A ESTATIVA PORTA OFERTA SEJA DO TIPO PENDULAR. CASO SEJA TIPO CHÃO-CHÃO OU CHÃO-TETO, O ACESSO AO PACIENTE NA MESA SERÁ DO LADO OPOSTO AO DA ESTATIVA), MESA COM TAMPO DE 200CM X 75CM OU MAIOR, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL A3:D115MÍNIMO DE 80CM E DESLOCAMENTO LATERAL TRANSVERSAL DE 20 CM APROXIMADAMENTE SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS, GRADE ANTIDIFUSORA DO BUCKY, PESO SUPORTADO DE NO MINIMO 150 KG, PORTA DETECTOR COM BANDEJA SIMETRICAMENTE POSICIONADA EMBAIXO DA MESA E ALCANCE LONGITUDINAL DE 38CM. BUCKY MURAL ONDE O DESLOCAMENTO VERTICAL SE DE EM APROXIMADAMENTE 135 CM (35 A 170CM), DOTADO DE SISTEMA DE FREIO ELETROMAGNETICO OU MECÂNICO. GRADE ANTIDIFUSORA DO BUCKY TIPO ESTACIONÁRIA 40 LP/CM OU OSCILANTE 40LP/CM. CRUZ DE LOCALIZAÇÃO/CENTRALIZAÇÃO IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY, CONFIGURÁVEL PARA ENTRADA DE CHASSIS PELA DIREITA E/OU ESQUERDA DISTANCIA FOCO-FILME VARIÁVEL ENTRE 100 CM A 115 CM NO MÍNIMO DETECTOR PLANO COM DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 35 X 43 CM OU SUPERIOR. DETECTOR COM OU SEM FIO (MÓVEL), QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO MINIMO 1900 X 2000 E. PROFUNDI</p>			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 226.000,00	Valor Total: 226.000,00

CLASSIFICAÇÃO


Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL	075 71.256.283/0001-85	244.400,00	226.000,00	Não
2 IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	081 33.255.787/0001-91	244.460,00	239.800,00	Não
3 LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	088 02.799.882/0001-22	310.000,00	240.000,00	Não
4 UNIVEN HEALTHCARE S/A	003 09.420.486/0001-91	270.000,00	270.000,00	Não
5 VMI TECNOLOGIAS LTDA	015 02.659.246/0001-03	3.640.000,00	320.000,00	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE  
ARACATI-CE**

A handwritten signature in cursive script, positioned above a horizontal line.

**AUTORIDADE: ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO**