


BLL COMPRAS

Impugnações - Processo 008/2021 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE

Requerimento

O edital e seus anexos não infere, de forma clara e objetiva, as características mínimas necessárias a correta apresentação e precificação do objeto desejado para o item 2, aparelho de ultrassonografia. Faltam a quantidade e tipos dos transdutores a serem utilizados, se o equipamento é do tipo portátil ou fixo, quais frequências de transdutores, tamanho de tela. Desta forma requeremos a impugnação do certame e a devida correção e inclusão dos elementos mínimos necessários a correta especificação do equipamento que se deseja obter.

Criado em	Arq. impug.	Endereço
22/09/2021 09:28		Não há arquivo anexado.
SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - 08675394000190		raimundo.lapa@safesolucoes.com.br / (81) 9950-72906

Resposta

Status	Respondido em	Arq. impug.	Endereço
SEM RESPOSTA			Não há arquivo anexado.


DOUGLAS VASCONCELOS PINHEIRO
ARACATI-CE - 28/09/2021

Gerado em: 28/09/2021 14:14:10

